УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ
от «18» августа 2020 г.
№ АА-207

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.312896

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Водомер» (ООО «Водомер»)
наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество
(в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя

141002, Московская обл., г. Мытищи, ул. Колпакова д. 2, корпус 14
адрес места осуществления деятельности

Поверка средств измерений

шифр поверительного клейма

N п/п	Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
		диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
1	2	3	4	5
Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ				
1	Счетчики воды, расходометры, преобразователи расхода воды вихревые, ультразвуковые, электромагнитные Счетчики воды тахометрические	(0,05 ... 300) $м^3/ч$ (0,03...1200) $м^3/ч$	ПГ ± (0,2 ... 5) % ПГ ± (0,5 ... 5) %	
2	Счетчики газа	(0,4 ... 2500) $м^3/ч$	ПГ ± (0,9…5) %	
3	Корректоры газа	(-50…100) °С (0 ... 12) МПа (0 ... 1) МПа	ПГ ± (0,1 ... 0,45) °С ПГ ± (0,1 ... 0,4) % ПГ ± (0,05 ... 0,5) %	

1	2	3	4	5
4	Тепловычислители	(0 ... $1\cdot10^8$) ГДж (0...175) °С Температура (-50…175) °С (0...10^6) $м^3$/ч (0...10^8) $м^3$ (0...2,5) МПа	ПГ ±(0,6 – 2) % ПГ ± 0,1 °С ПГ ± 0,03 °С ПГ ± 0,01 % ПГ ± 0,01 %	
5	Теплосчетчики	(0...$1\cdot10^9$) ГДж (0...$1\cdot10^7$) $м^3$/ч (0 ... 10^9) $м^3$ Т (0 ... 200) °С Δ t (1 ... 199) °С (0,1 – 2,5) МПа	ПГ ± (2 ... 4) % КД В,С; КТ 1,2 ПГ ± (2 ... 5) % ПГ ± (1 ... 3) % ПГ ± (0,15 ... 3) °С ПГ ± (0,15 ... 3) °С (0,5 – 1) %	
Измерения давления, вакуумные измерения				
6	Вакуумметры	(-1…0) кгс/$см^2$ (-0,1…0) МПа	КТ 0,6	
7	Тягомеры, напоромеры, тягонапоромеры	(-0,16…0,16) кгс/$см^2$ (-16…16) кПа	КТ 2,5	
8	Манометры	(0...60) кгс/$см^2$ (0...6) МПа	КТ (0,4 ... 2,5)	
9	Манометры дифференциальные ДСС, ДСП	(0,063…40) кгс/$м^2$	КТ (1 ... 1,5)	
10	Приборы дифференциально...трансформаторные автоматические, вторичные, взаимозаменяемые КСД2, КСД3, РП...160	Уровнемер: Высота столба жидкости ±31,5 кгс/$м^2$; 25; 40; 63; 100; 163 до 6300 м. Перепадомер: 1; 1,6; 2,5; 6,3; 16;63; 2500; 160 кгс/$м^2$	ПГ ± (1,0 ... 1,5) %	
11	Преобразователи давления измерительные	ВПИ (0,16 ... 0,40) кПа ВПИ (0,40 ... 0,63) кПа ВПИ (0,63 ... 1,00) кПа ВПИ (1,0 ... 1,6) кПа ВПИ (1,6 ... 6,3) кПа ВПИ (5 ... 40) кПа ВПИ 10 кПа ... 6 МПа	ПГ ± (0,5 ... 1) %	

6	7	8	9	10
12	Преобразователи разности давлений Сапфир, МИДА, Метран	ВПИ ΔР 1,6... 630 кПа ВПИ Р 16; 25 МПа	ПГ ± (1,0…1,5) %	
Измерения физико-химического состава и свойств веществ				
13	Газоанализаторы, газосигнализаторы CO CH_4	(2,5 …1000) $млн^{-1}$ (0,1 … 60) % НКПР	ПГ ± (0,1 ... 10) % ПГ ± (0,1 ... 10) %	
14	Сигнализаторы загазованности CO CH_4	CO (0 … 200) $мг/м^3$ CH_4 (0 …100) % НКПР	ПГ ± (0 – 25) $мг/м^3$ ПГ ± (0,1 – 10) %	
Теплофизические и температурные измерения				
15	Термометры сопротивления	(0...300) °С	КД А, В, С	
16	Комплекты термометров сопротивления и термопреобразователей	(0 ...180) °С	КТ 1, 2	

Генеральный директор — должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

М.В. Махрова — инициалы, фамилия уполномоченного лица